



ISO-kalibratiecertificaat voor stromingssensoren

ISO KALIBRIERUNG SM GERÄTE

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: SM0510
transmitter type:

Serien-Nr.: 12345678
serial no.:

Messbereich: 0...600 l/min
temperature range:

Ausgangssignal: 4...20 mA
output:

Genauigkeit: ±0.5%
accuracy:

Kalibrierdatum: 12.12.2018
date of calibration:

Auftragsnummer: 123456
job no.:

Referenzgerät: SM0510
reference unit:

Prüfnormal, Temperatur: 20°C
testing device, temperature:

Serien-Nr.: 12345678
serial no.:

PTB-Zertifikat: PTB 11111111
PTB certificate:

Umgebungstemperatur: 20°C
ambient temperature:

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Schwerkraft-Messgerät" mit einem Referenz-Sensorelement als Vergleichsmittel in Anlehnung an die DIN EN ISO 9001:2015 Temperatur-Standard und nach der PTB 9001:2015.

Die Kalibrierung wurde durchgeführt in der Kalibrierungseinheit der "ifm electronic" mit einer Kalibrierungseinheit in Anlehnung an die DIN EN ISO 9001:2015.

Die Angaben zur Messumformertypen sind in der Tabelle der Messumformertypen und deren Kalibrierungsgrenzen angegeben. Die Messumformertypen sind auf einen abgegrenzten Messbereich von 0...600 l/min.

The calibration was performed in the calibration unit of the "ifm electronic" with a calibration unit in accordance with the DIN EN ISO 9001:2015.

The specifications for the transmitter types are given in the table of transmitter types and their calibration limits. The transmitter types are for a defined measuring range of 0...600 l/min.

The given data is valid for the specified measuring range, delivery and use under the conditions of the calibration. The measured value is valid for the specified range of the measurement uncertainty.

Die gemessene Genauigkeit ist die gemessene Messumformertypen, unter Beachtung eines nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifizierten Kalibrierungsgrenzen und auf nationale Standards zurückzuführen.

The given data is valid for the specified measuring range, delivery and use under the conditions of the calibration. The measured value is valid for the specified range of the measurement uncertainty.

Wichtige Hinweise: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Important: This certificate was automatically generated and is valid without signature.

Die gemessene Genauigkeit ist die gemessene Messumformertypen, unter Beachtung eines nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifizierten Kalibrierungsgrenzen und auf nationale Standards zurückzuführen.

The given data is valid for the specified measuring range, delivery and use under the conditions of the calibration. The measured value is valid for the specified range of the measurement uncertainty.

Toepassingsgebied	
Uitvoering	bij de SM0510 en SM2130 met een meetbereik van 900 l/min, is een kalibratie of herkalibratie alleen mogelijk tot 600 l/min!, voor bouwvorm, SM0510, SM2xxx, SM6xxx, SM7xxx, SM8xxx, SM9xxx
Mechanische eigenschappen	
Gewicht	[g] 10
Opmerkingen	
Opmerkingen	Het calibratiecertificaat moet tegelijk met de sensor worden besteld. Bij uitlevering zijn sensor en calibratiecertificaat gezamenlijk verpakt. Het calibratiecertificaat is tweetalig (Duits/Engels). Nabestelling/levering is alleen mogelijk, als het apparaat bij terugzending vrij is van residu. In de internet versie van het datablad is een voorbeeld van het certificaat onder de tab "downloads" op te slaan.

ZC0052



ISO-kalibratiecertificaat voor stromingssensoren

ISO KALIBRIERUNG SM GERÄTE

Verpakkingseenheid

1 stuk